

11. Lưu trữ dữ liệu
- Ổ cứng lưu trữ dữ liệu của hệ thống: ≥ 512 GB
- Có ổ đĩa DVD - R/RW
- Khả năng lưu trữ khoảng 350 kết quả thăm khám của bệnh nhân (≥ 40 hình ảnh, ≥ 6 giây clip và báo cáo cho mỗi thăm khám)
- Lập báo cáo theo cấu trúc của người dùng
- Có thể xuất/nhập thông tin xu hướng OB qua thiết bị lưu trữ USB
12. Khả năng kết nối
- Có cổng USB.
- Có cổng kết nối máy in.
- Có cổng RS-232
- Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM
- Có cổng Display port hoặc S-video
- Xuất được video toàn màn hình chất lượng $\geq 1920 \times 1080$, vùng hiển thị VGA $\geq 1024 \times 768$ hoặc S-Video ở định dạng NTSC hoặc PAL

2. Dao mổ siêu âm (có hàn mạch)

I	Yêu cầu chung:
	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau
	- Đáp ứng TCQL chất lượng: 13485 hoặc EC hoặc tương đương
	- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
	- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 70\%$
II	Yêu cầu cấu hình:
	1. Dao mổ điện cao tần: 01 cái
	- Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái
	- Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái
	- Tấm điện cực trung tính người lớn sử dụng một lần: 50 cái
	- Dây nối + tấm điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 01 cái
	- Nhíp kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 Cái
	- Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái
	- Tay dao và lưỡi dao mổ điện đơn cực sử dụng nhiều lần: 01 Bộ
	- Bộ chuyển đổi đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái
	- Dây nối tương thích với dụng cụ lưỡng cực nội soi dùng nhiều lần: 01 cái
	- Xe đẩy máy : 01 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
	2. Dao hàn mạch máu: 01 cái
	- Bàn đạp chân hàn mạch: 01 cái
	- Tay dao cắt hàn mạch máu mở mở: 03 cái
	- Tay dao cắt hàn mạch máu mở nội soi: 03 cái
	- Tay dao cắt hàn mạch máu mở mở dạng kéo: 03 cái
	3. Dao siêu âm không dây: 01 bộ
	- Bộ phát năng lượng siêu âm: 02 Bộ
	- Pin dao siêu âm không dây: 04 cái