

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
	mạch)	đính kèm		
3	Đèn mô treo trần (2 chóa \geq 160.000 Lux + 160.000 lux)	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Bộ
4	Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Bộ
5	Bộ dụng cụ đóng đinh sign	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Bộ
6	Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chi dưới người lớn	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Bộ
7	Bàn mổ (đa năng điện thủy lực)	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Cái
8	Hệ thống lọc nước RO \geq 1000 lit/giờ	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Hệ thống
9	Kính hiển vi phẫu thuật mắt	Mô tả cụ thể tại Bảng mô tả đính kèm	1	Chiếc
Tổng: 09 mục				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Thời gian giao hàng, lắp đặt: \leq 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai
- Thời gian bảo hành: \geq 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng
- Bảo trì 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai
- Thiết bị phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam
- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm
- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q), tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại (invoice), phiếu đóng gói (Packing list), vận tải đơn (bill) khi giao hàng.
- Cam kết có mặt trong vòng 48 giờ để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng
- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát mặt bằng để lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị