

<ul style="list-style-type: none"> Trẻ sơ sinh : $\leq 3\%$ ✓ Khi cử động : $\leq 3\%$ ✓ Khi mức tưới máu dưới da thấp: $\leq 2\%$
- Độ chính xác của nhịp mạch PR trong dải đo 25 - ≥ 240 bpm:
+ Khi không cử động : ≤ 3 bpm
+ Khi cử động : ≤ 5 bpm
+ Khi chỉ số tưới máu dưới da thấp : ≤ 3 bpm
- Độ phân giải :
+ SpO2: $\leq 1\%$
+ PR: ≤ 1 bpm
- Báo động
+ Mức báo động cao: Đèn nháy đỏ, thời gian lặp lại: ≥ 10 giây
+ Mức báo động trung bình: Đèn nháy vàng, thời gian lặp lại: ≥ 7 giây
+ Mức báo động thấp: Vàng đậm. Không có báo động âm thanh
+ Âm lượng báo động:
✓ Báo động cao: ≥ 75 dB (tối thiểu)
✓ Báo động trung bình: ≥ 70 dB (tối thiểu)
- Bộ chỉ thị :
+ Bộ nhớ: ≥ 96 giờ
+ Tốc độ cập nhật: ≤ 1 giây
+ Loại màn hình: TFT LCD
+ Điểm ảnh : $\geq 720 \times 1280$ dots
- Điện nguồn :
+ Nguồn điện sử dụng: 100- 240VAC, 50 Hz
+ Công suất tiêu thụ : ≤ 60 VA
+ Loại pin: Lithium ion hoặc tương đương
+ Dung lượng: ≥ 4 giờ
+ Thời gian sạc: ≤ 6 giờ

7. BỘ DỤNG CỤ MỔ QUẠM MẮT

I	Yêu cầu chung:			
	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau			
	- Đáp ứng TCQL chất lượng: 13485 hoặc tương đương			
	- Nguồn điện cung cấp: 220V, 50Hz			
II	Yêu cầu cấu hình:			
	Danh mục hàng hóa	Mã	SL	ĐVT
1	Bộ cào có chân kiểu Knapp Dụng cụ rút lệ đạo 4 ngành, có loại cùn.		1	Cái
2	Cán dao kiểu Bard Parker Đôi với lưỡi dao loại dùng một lần, tay cầm phẳng.		1	Cái
3	Kéo cắt chỉ đầu cong Tay cầm vòng có đầu nhọn tinh tế kích thước cong ≥ 88 mm chiều dài.		1	Cái
4	Panh rút chỉ kiểu Mc pherson Kẹp buộc cong với hàm tròn, lý tưởng cho Chi khâu 8 - 0 đến 11 - 0 với dây buộc 6mm tinh tế		2	Cái