

	hình phẳng.			
5	Kim mang kim kiểu Castroviejo kim mang kim với hàm tiêu chuẩn lý tưởng cho chi khâu 4-0 đến 7-0 cong mà không có khóa		2	Cái
6	Panh cơ trực kiểu Dastoor 1x2 răng.		1	Cái
7	Vành mi kiểu Lieberman Lưỡi rần mỏng có thể điều chỉnh.		1	Cái
8	Panh giác mạc kiểu Mc pherson 1x2 răng 0.4 Mm có bộ buộc, lớn thẳng		1	Cái
9	Nhíp kẹp cố định kiểu Graefe 4.5 mm. 5 răng		1	Cái
10	Kéo cắt mỏng kiểu Knapp, đầu tips cùn, cán tay cầm vòng, cong		1	Cái
11	Kéo cong kiểu Westcott Kéo cắt gân lưỡi trung bình, kiểu cùn cong		1	Cái
12	Kim kẹp kim kiểu Barraquer Ngàm tiêu chuẩn của kim kẹp kim cong lý tưởng cho chi khâu số 4-0 đến 11-0 cong có khóa		2	Cái
13	Móc lác cầm máu kiểu Jameson cỡ nhỏ		1	Cái
14	Compa Castroviejo, 20mm, thẳng		1	Cái
15	Banh miệng vết thương kiểu Desmarres, kích thước lưỡi rộng 13mm		2	Cái
16	Thanh đè mí Jaeger làm bằng thép không gỉ		2	Cái
17	Panh kết mạc kiểu Moorfield Kẹp khâu kết mạc Kẹp trực thẳng tron có răng cưa hàm có rãnh.		2	Cái
18	Hộp khử trùng bằng nhựa Webal Indo Hộp này được làm bằng nhựa nhiệt dẻo đặc biệt, được thiết kế để chịu được chu kỳ hấp tiệt trùng lặp lại, hộp này có thể được sử dụng để khử trùng bằng hơi nước & eto phương pháp khử trùng. Kích thước: $\geq 124 \times 146 \times 25$ mm		1	Chiếc
III	Yêu cầu về kỹ thuật:			
	* Dụng cụ			
	- Chất liệu: Titan hoặc Thép không gỉ			
	- Sai số kích thước cho phép: $\pm \leq 2\%$			

8. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT MỘNG MẮT

I	Yêu cầu chung:
	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau
	- Đáp ứng TCQL chất lượng: 13485 hoặc tương đương
	- Nguồn điện cung cấp: 220V, 50Hz
	- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: ≥ 30 °C + Độ ẩm: ≥ 70 %
II	Yêu cầu cấu hình: