

	- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 70\%$
II	Yêu cầu cấu hình: Thân đèn chính: 01 chiếc Mặt nạ bảo vệ mắt trẻ sơ sinh: 01 chiếc Dây điện nguồn: 01 chiếc Nồi sơ sinh (sản xuất tại Việt Nam): 01 chiếc Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu về kỹ thuật: Đèn điều trị vàng da, sử dụng bóng LED Có 4 bánh xe xoay, có khóa hãm Có 3 mức cường độ chiếu sáng: Cao, trung bình, thấp Có thể kết hợp với lồng ấp để tăng hiệu quả điều trị cho trẻ sơ sinh Có 3 bộ đếm thời gian: thời gian hoạt động, thời gian cài đặt, tổng thời gian Có 2 móc treo ở thân đèn để người dùng có thể treo dây nguồn Kích thước bầu đèn (370 x 270 mm) $\pm 2\%$ Kích thước chân đế: (400 x 420 mm) $\pm 2\%$ Độ cao có thể điều chỉnh: $\leq 1200 - \geq 1700$ mm (điều chỉnh được tối thiểu 500 mm) Bóng đèn LED: ≥ 8 đèn LED xanh, ≥ 2 đèn LED trắng Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 giờ Dải bước sóng: 400 - 550nm, đạt đỉnh ở 450 nm Khu vực điều trị tối ưu: (320 x 210 mm) ở ≥ 40 cm Quang phổ bức xạ: ≥ 60 uW/cm ² /nm ở 40 cm Thời gian cài đặt điều trị: 30 đến ≥ 240 phút (mỗi bước 30 phút) Thời gian hoạt động: Hiển thị thời gian hoạt động từ 0 ~ ≥ 999 phút Bánh xe: 4 bánh xe xoay Độ nghiêng bầu đèn: ≥ 350 Độ ồn: ≤ 21 dB Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50/60Hz

10. MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

I	Yêu cầu chung: - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện cung cấp: 220V, 50Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 70\%$
II	Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Đầu phát sóng siêu âm 5cm ² : 01 cái - Đầu phát tĩnh: 01 Cái - Phần mềm ngôn ngữ tiếng Việt: 01 phần mềm