

	- Tay đỡ đầu phát sóng siêu âm 5cm2: 01 Cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu về kỹ thuật:
	- Phần mềm: sử dụng hệ điều hành Windows CE, có ngôn ngữ tiếng Việt
	- Có nhóm bệnh lý cài đặt sẵn được minh họa bằng hình ảnh
	- Màn hình: LCD điều khiển cảm ứng
	- Thời gian điều trị: từ 1- \geq 30 phút
	- Công suất tiêu thụ (max): \leq 60 VA
	- Tần số: \geq 1MHz và \geq 3 MHz
	- Chu trình làm việc: có thể lựa chọn (25%, 50%, 75%, 100%)
	- Biến thiên tần số: từ 1 đến \geq 200 Hz
	- Có thể thực hiện phương pháp điều trị dưới nước
	- Có bộ nhớ lưu chương trình của người dùng
	- Cường độ tối đa: \geq 3 W/cm ² ; \geq 15W max
	- Có chế độ hiển thị thời gian điều trị thực tế, cảnh báo bằng tín hiệu báo và âm thanh nếu thiếu sự kết nối giữa bệnh nhân và đầu siêu âm

11. MÁY KÍCH THÍCH ĐIỆN TRỊ LIỆU

I	Yêu cầu chung:
	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau
	- Đáp ứng TCQL chất lượng: 13485 hoặc tương đương
	- Nguồn điện cung cấp: 220V, 50Hz
	- Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: \geq 30 °C + Độ ẩm: \geq 70 %
II	Yêu cầu cấu hình:
	Máy chính: 01 cái
	Cáp màu đen: 02 cái
	Cáp màu đỏ: 02 cái
	Điện cực cao su chì: 04 cái
	Bọc điện cực cao su chì: 04 cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III	Yêu cầu về kỹ thuật:
	Số kênh đầu ra: \geq 2
	Các dòng tối thiểu có :
	- Dòng Galvanic, ngắt quãng
	- Tens và Biphasic
	- Diadynamic 50, 100 Hz, CP, LP
	- Dạng chữ nhật và dạng tam giác
	- Dòng giao thoa
	- Kotz
	Màn hình \geq 5 inch
	Có chương trình cài đặt sẵn
	Có bộ nhớ

III- CÁC YÊU CẦU KHÁC (Cho toàn bộ thiết bị):

- Thời gian giao hàng, lắp đặt: \leq 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai